

### ANEXO III - CUSTOS PADRÃO NA ÁREA DA SAÚDE

#### ANEXO III.A

Custos Padrão na área da Saúde - Construção, ampliação e requalificação de unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e de Unidades de Cuidados Continuados, consolidando a rede.

Natureza de Intervenção	Descrição da Intervenção	Custos Padrão	
		Centros e Extensões de Saúde e Unidades de Saúde Familiar (USF)	Unidades de Cuidados Continuados
Construção	Construção de novos equipamentos de saúde	1.200 €/m2	1.300 €/m2
Ampliação e Reabilitação	Construção de novos espaços destinados a cuidados de saúde primários	1.200 €/m2	1.300 €/m2
	Reabilitação de espaços de cuidados de saúde existentes	600 €/m2	650 €/m2
Aquisição de terrenos		até ao limite de 10 % da despesa total elegível desde que preenchidas as condições legais previstas	
Arranjos exteriores dentro do perímetro do estabelecimento		até ao limite de 10% do custo total de construção financiado	
Estudos, projetos, atividades preparatórias e assessorias diretamente ligados à operação		até ao limite de 5 % do custo total de construção financiado	
Coordenação e gestão do projeto, fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica			
Revisões de preços ao contrato decorrentes da legislação aplicável			

**OBS** - Apesar de não se encontrarem referidos no REISE, foram ainda considerados custos padrão para os arranjos exteriores dentro do perímetro dos estabelecimentos, aquisição de terrenos, estudos, projetos, atividades preparatórias e assessorias diretamente ligados à operação, coordenação e gestão do projeto, fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica, revisões de preços ao contrato decorrentes da legislação aplicável, desde que se enquadrem na tipologia e limites definidos na regulamentação nacional e europeia aplicável e sejam devidamente fundamentados e discriminados pelo beneficiário e sejam aprovados pela Autoridade de Gestão.

ANEXO III.B			
Apetreçamento de unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e de Unidades de Cuidados Continuados, consolidando a rede.			
Tipologia de Apetrechamento	Localização do equipamento	Custos Padrão	
		Centros e Extensões de Saúde e Unidades de Saúde Familiar (USF)	Unidades de Cuidados Continuados
Mobiliário	Gabinete médico	2.200 €	2.200 €
	Gabinete medicina dentária	3.300 €	—
	Gabinete enfermagem	1.500 €	1.500 €
	Gabinete do utente	1.000 €	—
	Sala de tratamentos	1.000 €	1.000 €
	Sala de colheitas	1.000 €	—
	Sala de Injetáveis	1.000 €	—
	Sala de Inaloterapia	1.000 €	—
	Sala de RX	1.000 €	—
	Secretaria/receção de utentes	4.000 €	2.000 €
	Sala de espera	2.500 €	1.000 €
	Sala da direção	1.500 €	1.000 €
	Sala de pessoal	3.000 €	1.500 €
	Sala de reuniões/Biblioteca	2.300 €	1.200 €
	Quarto de internamento	—	6.000 €
	Esterelização	1.000 €	1.000 €
	Sala de fisioterapia	—	8.000 €
Equipamento Informático, eletrónico e redes de informação, de comunicação	Gabinete médico	1.600 €	1.600 €
	Gabinete enfermagem	1.600 €	1.600 €
	Gabinete do utente	1.600 €	—
	Secretaria/receção de utentes	6.000 €	2.500 €
	Sala da direção	1.600 €	1.600 €
	Sala de reuniões/Biblioteca	1.600 €	1.600 €
	Quarto de internamento	—	800 €
Equipamento Médico	Gabinete médico	6.000 €	3.000 €
	Gabinete medicina dentária	27.700 €	—
	Gabinete enfermagem	8.000 €	4.000 €
	Sala de tratamentos	4.000 €	—
	Sala de colheitas	2.000 €	—
	Sala de injetáveis	2.000 €	—
	Sala de inaloterapia	3.000 €	—
	Sala de RX	100.000 €	—
	Quarto de internamento	—	1.500 €
	Esterelização	10.000 €	10.000 €
	Sala de fisioterapia	—	2.000 €
Material Instrumental	Material Instrumental Gabinete medicina dentária	13.900 €	—

ANEXO III.B - Continuação		
Apetreçamento de unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e de Unidades de Cuidados Continuados, consolidando a rede.		
Tipologia de Apetreçamento	Especificação do apetreçamento para Gabinetes de Medicina Dentária	
Mobiliário	Banco	
	Bancada	
	Armários	
Equipamento Médico	Cadeira de Estomatologia	a) Eletromecânico com retorno a zero e Stop;
		b) Pedal multifunção para movimento dos instrumentos operativos da cadeira;
		c) Encosto de cabeça basculante multiposições;
		d) Estofos bio elásticos removíveis;
		e) Tamanho: standard
	Grupo Hídrico	a) Bandeja auxiliar com sistema de segurança apta para 3 manguelas;
		b) Duas manguelas de aspiração;
		c) Um depósito pressurizado para líquidos com seletor para água da rede;
		d) Separador de amalgama (98%);
	Quadro	- Instalado na bandeja com botões de baixo perfil para:
		a) Movimentos de assento e encosto;
		b) Três Programas de trabalho ajustáveis pelo profissional;
		c) Programa de última posição de trabalho;
		d) Led luminoso de inversão de rotação de micro motor;
		e) Serviço de água cuspidora e bica;
		f) Comando de lâmpada operativa;
		g) Stop;
		h) Posição zero.
	Bandeja	a) Uma manguela com seringa de três funções;
		b) Uma manguela com micro motor/corta angulo;
		c) Uma manguela com destartarizador e respetivas pontas.
	Turbina de Estomatologia	Velocidade de rotação 310.000 rpm. Pressão de ar 2,5 bares.
		1 Spray ar e água separados. Esterilizável em autoclave até 135 °C. Controle com botão. Conexão direta de 4 orifícios. Acoplamento
	Compressor	Direto à manguela de 3-4 orifícios
		1 cilindro
	Candeieiro Observação	Com secador
		70dB(A)
		LED
	Micromotor	50.000 lux
		Rotação tridimensional
		100-40.000 rpm
	Braço Ergonómico para RX	Fibra óptica
		LED
		Alimentação: 230/240 V AC; 50 Hz
		Tensão ampola: Tens. nominal 60 kv
		Corrente anódica: 7 mA
		Ponto focal: 0,7 mm
		Filtração total: >= 2,5 mm
		Distância foco-pele: 20 mm
	Raio - X intra oral e RVG	Tamanho: 2050 mm
		Comando de disparo com 2 M
		Fixação: de parede
		Unidade de Raio X
		- Gerador - 300 kHz;
		- Corrente - 60 kV;
		- Foco - 0,7 mm;
		- Braço articulado com comprimento mínimo de 1880 mm;
		- Com temporizador;
		- com possibilidade de disparo à distância
		Sensor de aquisição intra-oral - RVG
		- Tecnologia - super CMOS;
	Contra-ângulo	- Resolução real de imagem - 16 lp/mm;
		- Área ativa - 22.2x29.6 mm;
		- Tamanho do pixel - 19 micron;
	Destartarizador	* - Interface - ligação USB
		Instalação
		O equipamento a fornecer será para funcionamento integrado, entre si e com a cadeira de estomatologia existente. A instalação deverá permitir a sua utilização à esquerda, à direita, à frente e sobre o paciente. Será fornecido com o respetivo software, compatível com WIN 7 ou superior, e incluirá a formação dos técnicos.
		Com luz
		Transmissão 1:1
		Spray simples
	Destartarizador	Para fresas
		Velocidade rotação máxima 40.000/minuto
		Acepláveis à cadeira de estomatologia (pode variar de marca para marca)
		Piezoeletrico
		Marca com várias pontas disponíveis (universal, perio, etc)
	Destartarizador	Ter chave de montar/desmontar as pontas
		Spray
		Sem luz
		Frequências entre os 22 KHz e 33 kHz